Kurzanleitung für den Standard F D-Dimer Test

- **Probenmaterial:**

  Plasma, Kapillarblut, venöses Blut

- **Probenanalyse mit dem F200:**

  Verwenden des „**Standard**“ Modus: → ***Testkassette wird im Gerät inkubiert***

1. Bereiten Sie ein STANDARD F Gerät vor und wählen Sie den **Standard** Modus aus.

2. Geben Sie die Bediener-ID und/oder Patienten-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

3. Führen Sie die Testkassette mit dem Barcode voran in den Testschlitz des Gerätes.

4. Nehmen Sie 10 µL Probe mit der Ezi Pipette (**1**) auf und überführen die Probe in den Extraktionspuffer.



5. Mischen Sie den Puffer mit der Probe **2-3 Mal** mit einer **100 µL** Einwegpipette (**2**) und entnehmen Sie die **gesamte** vorbereitete Probe und geben diese auf die Testkassette und drücken Sie auf Start



6. Nach **7 min** zeigt der F200 Ihr Ergebnis an

Der Messbereich liegt zwischen **12,5-2500 ng/ml**. Der Referenzbereich liegt bei **≤ 250 ng/ml**. Bei D-Dimer Werten **≤ 250 ng/ml** sollten eine Venenthrombose und eine Lungenembolie ausgeschlossen werden

Zaidamed KG • Am Virchow Klinikum • Triftstr. 45 • 13353 Berlin
Tel 030 44 91 19 85-0 • Fax 030 44 99 19 85 29 • www.zaidamed.de