Kurzanleitung für Standard F S.pneumoniae FIA

- Probenmaterial:

  Urin oder Liqour

- Probenanalyse mit dem F200:
  Verwenden des „**Standard**“ Modus: → Testkassette wird im Gerät inkubiert

  1. Bereiten Sie ein STANDARD F Gerät vor und wählen Sie den **Standard** Modus aus.
  2. Geben Sie die Bediener-ID und/oder Patienten-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
  3. Führen Sie die Testkassette mit dem Barcode voran in den Testschlitz des Gerätes.
  4. Geben Sie **100 µL** der Probe auf die Testkassette und drücken Sie auf **START**.
  5. Der Analyzer wertet das Ergebnis automatisch nach Ablauf der Inkubationszeit aus (max.Testdauer **10 Minuten**).

- Verwenden des „Read Only“ Modus: → Testkassette wird außerhalb vom Gerät inkubiert

  1. Geben Sie **100 µL** der Probe auf die Testkassette.
  2. Inkubieren Sie die Testkassette **10 Minuten** außerhalb des Gerätes.
  3. Bereiten Sie ein STANDARD F Gerät vor und wählen Sie den **Read-Only** Modus.
  4. Führen Sie die Testkassette mit dem Barcode voran in den Testschlitz des Gerätes und lassen Sie das Gerät das Ergebnis auswerten.

Zaidamed KG • Am Virchow Klinikum • Triftstr. 45 • 13353 Berlin
Tel 030 44 91 19 85-0 • Fax 030 44 99 19 85 29 • www.zaidamed.de