

Kurzanleitung für Standard F Troponin I FIA

- Probenmaterial:

EDTA-Vollblut oder EDTA-Plasma

- Probenmessung:

Bereiten Sie ein STANDARD F Gerät vor und wählen Sie den **Standard** Modus



1. Geben Sie die **Benutzer ID** & **Patienten ID** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.




2. Packen Sie den Teststreifen aus und führen diesen, mit dem Barcode voran, in das Gerät, nachdem die Aufforderung dazu im Display erscheint.



3. Wählen Sie auf dem Display aus, ob es sich um eine Vollblut- oder Plasmaprobe handelt.



4. Nehmen Sie **100 µL** Plasma- oder Vollblutprobe und vermischen dieses mit dem Extraktionspuffer



5. Nehmen Sie **100 µL** der vorbereiteten Probe und geben diese auf den vorbereiteten Teststreifen im Gerät und drücken **Start**



6. Nach **10 min** wird Ihnen das Ergebnis angezeigt



Messbereich (ng/mL)	0,05-20
Grenzwert	<0,05 ng/mL